

BIOFLOW III3

Promoteur



Coordonnateur

Dr Loïc BELLE
CH Annecy Genevois
74370 Epagny Metz Tussy

☎ 04 50 63 60 86
✉ loic.belle@wanadoo.fr

Gestionnaire d'étude

ALPIN ARC
1 Avenue de l'hôpital
74370 METZ TESSY



Message aux investigateurs...

Chers amis, chers collègues

Merci beaucoup de votre participation à l'étude Bioflow III-3.

Bioflow III est une étude observationnelle de l'évaluation de la sécurité des stents Orsiro. Le CNCH avait proposé l'étude ancillaire des patients dont la DAT était inférieure ou égale à 3 mois (Bioflow III-3). Le CNCH avait pris à sa charge le monitoring de cette durée à la sortie du centre de cardiologie interventionnelle.

L'ESC recommande une DAT < 3 mois pour les patients "électifs", à haut risque hémorragiques (reco. IIaB). Les données qui ont abouti à ces recommandations sont rares et nous avons voulu évaluer la sécurité d'une DAT < 3 mois après un ORSIRO.

Bioflow III-3 était bien sûr observationnelle et nous ne pouvions rien faire d'autre que de rappeler les recos ESC.

960 patients ont été inclus dans Bioflow III et la déception a été que seulement 50 patients ont reçu une DAT < 3 mois (31 associée à un anticoagulant et 19 sans anticoagulant associé).

Bioflow III-3 a été présenté aux JE SFC de janvier 2019 et vous trouverez ci-joint le diaporama.

Principaux résultats de Bioflow III : TLF à 12 mois de 3.8% et TS certaines de 0.6% (1.6% de TS certaines ou probable).

Le résultat de Bioflow III-3 : pas de TS entre l'arrêt de la DAT et le 6ème mois pour les 50 patients de notre étude.

Compte tenu du faible effectif, Bioflow III-3 ne sera pas publié

Amitiés

Loïc